

# Certificate

QUMA

## Composition of Calibration Standard No. WA

order number Q100.103WA

ID no.: XXXX

Number	Solvent/ Lösemittel	CAS-Nummer
1	Methanol	67-56-1
2	2-Propanol	67-63-0
3	Ethylacetat	141-78-6
4	1-Butanol	71-36-3
5	Ethylbenzol	100-41-4
6	M-Xylol	108-38-3
7	O-xylol	95-47-6
8	Styrol	100-42-5
9	1-Isooctanol	104-76-7
10	2-Ethylhexylacrylat	103-11-7

Alle Komponenten mit 1/10 der Gesamtmenge

Gesamtdichte(density)  $d = 0,870$

Genauigkeit der Einwaagen  $\pm 0.01$  g maximaler Fehler garantiert  $\pm 0,3$  %  
(Max. mistake /exactness)

Qualität der Lösemittel besser 99,9 % garantiert

Haltbarkeit 1 Jahr  
Haltbar bis: XXXXXX  
Hersteller: QUMA Elektronik & Analytik GmbH



Prüfer: XXXX  
Wuppertal, den XXXXX